



Señores:

**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL**

Ciudad

**REF.: SOLICITUD ACLARACIONES AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PROCESO No. PC-02-22-100-002-2021 CON OBJETO "ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE TRES (3) AMBULANCIAS ASISTENCIALES BÁSICAS (TAB) PARA LA E.S.E HOSPITAL OSCAR EMIRO VERGARA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ".**

Saludo cordial

Estando interesados en participar en el presente proceso y en aras de permitir la pluralidad y libre concurrencia del mismo, además de acuerdo a lo indicado en la Ley 80 y sus decretos reglamentarios, realizamos las siguientes solicitudes de aclaración:

**SOLICITUD 1:  
PRESUPUESTO OFICIAL**

Revisando el documento que lleva nombre "Documento-Previo-Compraventa-Ambulancias" en el punto la **2. OBJETO A CONTRATAR, ESPECIFICACIONES, AUTORIZACIONES, PERMISOS Y LICENCIAS REQUERIDOS PARA SU EJECUCIÓN** literal **FORMA DE PAGO** al parecer hay un error aritmético en el cálculo de los porcentajes toda vez que el **60%** corresponde a **SEICIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE \$612.000.000** pero en el documento aparece **SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS (\$600.000.000,00) M/CTE** por lo anterior solicitamos a la entidad aclarar si efectivamente se trata de un error involuntario y el pago se realizará de la siguiente manera:

**ANTICIPO 40%** (una vez aprobada la póliza), que corresponde a **CUATROCIENTOS OCHO MILLONES DE PESOS (\$408.000.000,00) M/CTE** y un **UNICO PAGO** del 60% restante correspondiente a **SEISCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS (\$612.000.000,00) M/CTE** una vez sea recibido a satisfacción por el supervisor encargado sujeto al PAC del municipio de san pedro de Urabá para un total de **MIL VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$1.020.000.000)**

Dada en Yumbo (Valle del Cauca), a los veintiocho días (28) de octubre del 2021.

Cordialmente;

**ZERO RIESGOS S.A.S**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**GERMAN ANDRES RENDON BERMUDEZ**

C.C. N.º 94.534.782 de Cali  
Cra 36 # 10 – 298 (Yumbo)  
(032) 6957161

[gerencia@zeroriesgos.com](mailto:gerencia@zeroriesgos.com)  
[administrativo@zeroriesgos.com](mailto:administrativo@zeroriesgos.com)

Yumbo (V)

**TEL: (032) 6957161 - 3145965100**  
**CARRERA 36 # 10 - 298**  
**CENTRO EMPRESARIAL COLINAS DE ARROYOHONDO**  
**YUMBO - VALLE DEL CAUCA**



Señores:  
**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL**  
Ciudad

**REF.: SOLICITUD ACLARACIONES AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PROCESO No. PC-02-22-100-002-2021 CON OBJETO “ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE TRES (3) AMBULANCIAS ASISTENCIALES BÁSICAS (TAB) PARA LA E.S.E HOSPITAL OSCAR EMIRO VERGARA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ”.**

Saludo cordial

Estando interesados en participar en el presente proceso y en aras de permitir la pluralidad y libre concurrencia del mismo, además de acuerdo a lo indicado en la Ley 80 y sus decretos reglamentarios, realizamos las siguientes solicitudes de aclaración:

**SOLICITUD 2:  
ENTIDAD PAGADORA**

En el documento que lleva nombre *“Documento previo”* menciona en punto 4. **El valor estimado del contrato y la justificación del mismo** en el enunciado **frente de los recursos** la entidad menciona que *“...”* **Los pagos están sujetos a los demás requisitos que hubiere lugar y exigibles para ejecución de recursos del presente contrato. El pago del contrato está sujeto a la situación a la situación de recursos del Plan Anual mensualizado de Caja “PAC”, del Municipio de San Pedro de Urabá**. Por lo anterior solicitamos a la entidad aclarar:

- A) La entidad que realizará el pago del 100% es FONPACIFICO o el MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ? toda vez que según el enunciado el contrato se firma con el FONDO MIXTO pero el pago lo realizará el municipio y estará sujeto al PAC, de ser FONPACIFICO el que realice la adenda, por favor corregir el documento.

Dada en Yumbo (Valle del Cauca), a los veintiocho días (28) de octubre del 2021.

Cordialmente;

**ZERO RIESGOS S.A.S**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**GERMAN ANDRES RENDÓN BERMUDEZ**  
C.C. N.º 94.534.782 de Cali Cra 36 #  
10 – 298 (Yumbo)  
(032) 6957161  
[gerencia@zeroriesgos.com](mailto:gerencia@zeroriesgos.com)  
[administrativo@zeroriesgos.com](mailto:administrativo@zeroriesgos.com)  
Yumbo (V)

**TEL: (032) 6957161 - 3145965100**  
**CARRERA 36 # 10 - 298**  
**CENTRO EMPRESARIAL COLINAS DE ARROYOHONDO**  
**YUMBO - VALLE DEL CAUCA**

Señores:  
**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL**  
 Ciudad

**REF.: SOLICITUD ACLARACIONES AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PROCESO No. PC-02-22-100-002-2021 CON OBJETO “ADQUISICIÓN A TÍTULO DE COMPRAVENTA DE TRES (3) AMBULANCIAS ASISTENCIALES BÁSICAS (TAB) PARA LA E.S.E HOSPITAL OSCAR EMIRO VERGARA CRUZ DEL MUNICIPIO DE SAN PEDRO DE URABÁ”.**

Estando interesados en participar en el presente proceso y en aras de permitir la pluralidad y libre concurrencia del mismo, además de acuerdo a lo indicado en la Ley 80 y sus decretos reglamentarios, realizamos las siguientes observaciones técnicas:

### OBSERVACIÓN 1

En las especificaciones técnicas solicitadas por la entidad mencionan:

<b>CILINDRADA</b>	<b>c.c</b>	3.900
<b>SUSPENSIÓN</b>	<b>TRASERA</b>	Eje rígido con ballestas semielípticas y amortiguadores telescópicos Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora
<b>ALTURA MINIMA AL SUELO</b>		Mínimo 208 / Máximo 208,9 mm

Sin embargo llegado el caso de quedar adjudicados nos gustaría entregar vehículos de mayor rendimiento es por esto que solicitamos a la entidad permitir:

- **CILINDRAJE:** mínimo de 3.900 cc
- **SUSPENSIÓN:** ofertar una de los dos tipos de suspensiones delanteras y traseras como lo son:


<b>SUSPENSIÓN</b>	Eje rígido con ballestas semielípticas y amortiguadores telescópicos	<b>y/o</b>	Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora
-------------------	--	------------	---

- **ALTURA MAXIMA:** Mínimo 208 / Máximo 250 mm

**Es de aclarar que con estas solicitudes NO se afecta el desempeño técnico del vehículo.**

Dada en Yumbo (Valle del Cauca), a los veintinueve días (29) de octubre del 2021.

Cordialmente;



**ZERO RIESGOS S.A.S**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**GERMAN ANDRES RENDÓN BERMUDEZ**

C.C. N.º 94.534.782 de Cali Cra 36 #  
 10 – 298 (Yumbo)  
 (032) 6957161

[gerencia@zeroriesgos.com](mailto:gerencia@zeroriesgos.com)  
[administrativo@zeroriesgos.com](mailto:administrativo@zeroriesgos.com)

Yumbo (V)

**TEL: (032) 6957161 - 3145965100**  
**CARRERA 36 # 10 - 298**

**CENTRO EMPRESARIAL COLINAS DE ARROYOHONDO**  
**YUMBO - VALLE DEL CAUCA**

**Fabricación y dotación de ambulancias y vehículos especiales**  
**Unidades médico odontológicas / Mantenimiento preventivo y correctivo**  
**Unidades Extramurales / Aire acondicionado / Latonería y Pintura**

Señores:  
**FONDO MIXTO DE ETNOCULTURA Y DESARROLLO SOCIAL**  
 Ciudad

**REF.: SOLICITUD ACLARACIONES AL PROYECTO DE TÉRMINOS DE REFERENCIA PROCESO No. PC-02-22-100-002-2021**

De acuerdo a lo indicado en la Ley 80 y sus decretos reglamentarios, realizamos las siguientes observaciones técnicas:

**TECNICA:**

La entidad solicita las siguientes especificaciones técnicas:

<b>CILINDRADA CC</b>	3900
<b>SUSPENSIÓN</b>	Eje rígido con ballestas semielípticas y amortiguadores telescópicos Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora
<b>ALTURA MINIMA AL SUELO</b>	Mínimo 208 / Máximo 208,9 mm

Para permitir que se pueda ofrecer mejores especificaciones técnicas a lo planteado inicialmente, solicitamos amablemente a la entidad permitir:

ESPECIFICACIÓN TECNICA	CAMBIO A REALIZAR	JUSTIFICACIÓN A LA SOLICITUD
<b>CILINDRADA CC</b>	<b>Mínimo</b> 3900	Al permitir mayor cc, garantiza mayor eficiencia del vehículo
<b>SUSPENSIÓN</b>	Eje rígido con ballestas semielípticas y amortiguadores telescópicos <b>y/o</b> Multilink con eje rígido, muelle helicoidal con amortiguador telescópico y barra estabilizadora	Permitir que se oferte una de las dos opciones <b>Y/O</b> , ya que en el mercado no hay un chasis que cumpla con los 2 tipos de suspensiones.
<b>ALTURA MINIMA AL SUELO</b>	Mínimo 208 / Máximo <b>250</b> mm	Ampliar el rango de medida de la altura máxima a 250 mm este requerimiento no afecta el rendimiento del vehículo.



**Fabricación y dotación de ambulancias y vehículos especiales**  
**Unidades médico odontológicas / Mantenimiento preventivo y correctivo**  
**Unidades Extramurales / Aire acondicionado / Latonería y Pintura**

Cordialmente,

**FABIAN ANDRES VALENCIA**

Representante Legal  
Industrias Rivma SAS